

人工电源网络

TAN 200J




符合下列标准

> CISPR 25 2016

概 述

人工电源网络 TAN 200J 主要用于 CISPR 25 2016 测试中将零部件与电源隔离，并测量车辆、船舶和内燃机的干扰特性。阻抗完全满足 CISPR 25 2016 的特征。EUT 连接到面板的 OUTPUT 输出端，电源端口连接到面板 INPUT 输入端。EMI 测量端口为标准 N 型接口。

设计原理



应用领域

- > 车辆
- > 船舶
- > 内燃机

技术参数

符合标准: CISPR25-2016	
测试电压 Vmax	500 V DC, 250 V 50/60 Hz, 125 V 400 Hz
测试电流 Imax	200 A
瞬时最大电流	300 A
电感温升 (ΔT)	约 65°C (200 A 2 h)
测试端子	N 型
电感	5 μ H
耦合电容	0.1 μ F
阻抗频率范围	100 KHz-100 MHz

通用参数

机箱尺寸	500 mm*200 mm*200 mm
仪器重量	约 5 Kg
温度范围	15-35 °C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa - 106 kPa

随机标配

主机 1 台、说明书、检测报告



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

