



人工电源网络

LISN ML 200HVS

- GJB 151B:2013
- GJB 151C:2024
- MIL-STD-461

产品特点

- > 满足GJB 151B、GJB 151C及MIL-STD-461标准
- > 测试电流可达200 A
- > EMI端口采用标准的N型接口

产品概述

LISN ML 200HVS 人工电源网络用于 GJB 151B、GJB 151C 及 MIL-STD-461 电源传导发射测试中隔离电源干扰并为受试设备 (EUT) 提供规定的电源阻抗, 其阻抗特性完全满足标准要求。使用时, 只需将 EUT 连接到 OUTPUT 输出端, 电源连接到 INPUT 输入端即可。EMI 测量端口采用标准 N 型接口。

应用行业



技术参数	符合标准	GJB 151B:2013、GJB 151C:2024、MIL-STD-461
	测试电压Vmax	DC 2000 V, AC 700 V 50/60 Hz, 270 V 400 Hz
	测试电流Imax	200 A
	测试端子	N型
	电感	50 μH
	阻抗	50 μH+5 Ω 50 Ω
	耦合电容	0.25 μF
	阻抗频率范围	9 kHz ~ 30 MHz
	机箱尺寸	310 mm (W) *310 mm (H) *685 mm (D)
	仪器重量	约55 kg
	环境温度	15°C ~ 35°C
	相对湿度	45% ~ 75%, RH (无凝露)
	大气压力	86 kPa ~ 106 kPa

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn



微信公众号

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
科学园-E栋407
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。