

电源故障模拟器

PFS 69200T1F



- IEC 61000-4-11: 2020
- IEC 61000-4-34: 2009
- GB/T 17626.11: 2023
- GB/T 17626.34: 2012

产品特点

- > 5.7英寸彩色触摸屏前面板操作
- > 电压、电流测量采集
- > 内置多功能测试模块组合
- > 具有限压、限流、过压、过流保护功能
- > 全兼容IEC 61000-4-11/34, GB/T 17626.11/34测试
- > 以太网接口可用于PC远程控制及测试报告打印

产品概述

PFS 69200T1F电源故障模拟器，是基于公司新一代控制平台，依据IEC 61000-4-11/34 和GB/T 17626.11/34标准要求设计的模拟输入端口电压暂降、短时中断的模拟器。造成这些电压变化的原因是由于电网、变电设备发生故障或者负荷突然发生大的变动。测试此类现象，是为了检验电气、电子设备遇到电压突变情况时，能否避免处于不安全的操作条件。PFS 69200T1F同时配有可控制的半导体开关，能够承受瞬间的冲击电流大于1000 A，同时具有电子短路保护功能。

应用行业



技术参数

符合标准	IEC 61000-4-11/34、GB/T 17626.11/34
EUT最大输入电压	690 V AC, 50/60 Hz
EUT电流电压测量	LCD显示
EUT最大持续电流	202 A
耐冲击电流	大于1000 A
保护	内置过流、短路、过压、过热、浪涌、群脉冲、静电保护 Line in、Line out端口可选其他外置保护附件（例如：警告灯、急停按钮）
中断电平	0%
暂降电平	0% , 40% , 70% , 80%
暂降、中断持续时间	0.3 ~ 9999周期或10 ms ~ 99999 ms
暂降、中断间隔时间	50 ms ~ 50000 ms
暂降、中断试验次数	1 ~ 9999
暂降、中断上升、下降时间	发生器额定电流 $\leq 75A$: 1 ~ 5 μs (标准规定电阻校验) 发生器额定电流 $> 75A$: 1 ~ 50 μs (标准规定电阻校验)
同步	0° ~ 360°, 1°步进设置或随机方式
触发方式	手动、自动、外部触发输入

通用参数

显示屏	5.7英寸TFT触摸屏
工作电源范围	AC 220 V, $\pm 10\%$, 50/60Hz
保险丝	6 A
最大功耗	300 W
用户存储空间	无穷 (PC)
通讯方式	以太网LAN、RJ45
辅助接口	D-sub 25p
外部触发输入	BNC, 5 V TTL, 常开节点, 闭合触发
CRO触发输出	BNC, 5 V TTL
运行控制输入	BNC, 5 V TTL
外部同步输入	45-65 Hz, 同名端与异名端之间20 ~ 500 V 同名端、异名端与机壳0 ~ 500 V
警告灯输出	0 ~ 220 V AC 10 A / 0 ~ 48 V DC 3 A 电源取决于外接信号灯的种类
安全电路	安全回路开路时停止工作
失效检测	失效时前面板LCD显示, 并中断仪器工作
仪器工作状态指示	前面板LED指示、LCD显示
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	35U 600mm(W)*1850mm(H)*800 mm(D)
仪器重量	约450 kg
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%, RH (无凝露)
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

电源线、测试线、接地线、保险丝、射频电缆、扁平接地线、使用说明书、检验报告、产品质保书

选配附件

1	抗扰度测试软件	型号：CoreLab 兼容Windows 7 / 8 / 10 / 11操作系统。 支持以太网接口和串口通讯模式。 支持参数排程测试、测试序列，一键进行测试，操作简单。 可设置客户信息，自动生成测试报告，并支持测试报告的导出，方便用户记录实时数据。	
2	校准阻抗盒	型号：R100Ω/1134 阻抗：100 Ω 精度：±10% 功率：2000 W 发生器额定电流：≤50 A 型号：R50Ω/1134 阻抗：50 Ω 精度：±10% 功率：3000 W 发生器额定电流：50 A<I≤100 A 型号：R25Ω/1134 阻抗：250 Ω 精度：±10% 功率：6000 W 发生器额定电流：>100 A	

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn



北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
科学园-E栋407
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

微信公众号